

质检报告单

送检日期: 2023年02月27日

编号: 20230227006

产品名称:	氢氧化四丁基铵滴定液 (0.1mol/L) (药典试液)	包装规格:	500ml
产品货号:	PM01708	执行标准:	中国 2020 版药典
生产日期:	2023年02月27日	批号:	20230227

分析结果

我公司所配置的标准溶液严格执行中国 2020 版药典（第四部）标准，其浓度值在规定范围内。

氢氧化四丁基铵滴定液浓度 $c[(C_4H_9)_4NOH-CH_3OH]=0.1042mol/L$

配制日期: 20230227



备注: 批量: ml 分析人: 02 复核人: 01

报告日期: 2023年02月27日